実験用器具自動洗浄機

機種名

ヤマト科学株式会社
型式　AW62
機器番号：0612-00

用途概要

洗浄からすすぎまで全サイクルを完全自動運転で行うことができます。

主な仕様

洗浄方式：上・下2方向圧力水噴射方式
給水温度：室温～80℃
洗浄水温度：45～80℃
洗浄サイクル設定：ウォッシュ　0～30分間
　　リンス　　0～30分間
洗浄用ラック：ビーカーラック（50mlビーカーで約85個洗浄可能）
　　フラスコラック（60mlフラスコで約68個洗浄可能）

持込品、注意点等

・**シール・ラベル等は剥がしてから入れてください。**（洗浄で剥がれ、排水口が詰まって、漏水事故の原因となります。）
・時間設定は手動です。
・専用洗剤（ムリンラスター）は微粒子のアルカリ性洗剤のため、必ず手袋をして扱ってください。作業中、口や鼻への吸い込みに注意してください。

ご利用申し込み　：　利用の2営業日前までにお願いします。
※利用申請の際は機器番号をお知らせください。