

## PCRマシン

### 機種名

タカラバイオ株式会社

型式: Thermal Cycler Dice(R) Touch (TP350) 5台

機器番号: 1003-00、

1009-01、1009-02、1009-03、1009-04



### 用途概要

遺伝子工学実験には不可欠な遺伝子増幅装置です。

### 主な仕様

- 検体数 : 0.2mlシングルチューブ×96本、0.2ml 8連チューブ×12本、96wellPCRプレート×1枚 が使用可能。
- 温度設定範囲: 4~99℃
- グラジエント : 12段階、設定可能範囲: 4℃~99℃(温度幅: 0~24℃)

### 持込品、注意点等

- 1.【TBFuser】アカウントがございます。プログラムの保存場所にご利用ください。  
【Program1】は上書き保存してご利用ください。
- 2.「ユーザーアカウント」の登録ができます。所属毎等にご利用いただけます。  
**「パスワード」の設定はしないでください。**
- 3.保存できるプログラム数には上限があるため、予告なく消去させていただく場合がありますのでご了承ください。  
不要となった条件等は削除をお願いします。

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までをお願いします。  
※利用申請の際は機器番号をお知らせください。