

安全キャビネット

機種名

日本エアーテック(株)

型式 BHC-1306 II A2 3台

機器番号:0577-00 (細胞実験室)

機器番号:0578-00 (細胞実験室)

機器番号:0576-00 (遺伝子実験室)



用途概要

ドラフトチャンバーの排気口にエアフィルターを取り付け、バイオハザード対象物がチャンバー外に漏出しないようにした装置です。

主な仕様

集塵効率 : 0.3um粒子にて99.99%以上
集塵要素 : 給気・排気フィルター ~ HEPAフィルター
処理風量 : 給気 約14.4m³/min
排気 約 8.6m³/min

持込品、注意点等

【利用について】

- ・ガスバーナーは誤作動防止のため使用時に足元の元栓を開けてからご使用下さい。ガスバーナー、アスピレーターは、付属のフットスイッチを踏めば作動します。送風していない場合は点火しません。
- ・利用終了後はガスバーナーの元栓を閉めてください。
- ・廃棄物の分別については、必ず担当者にご確認ください。

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までにお願ひします。
※利用申請の際は機器番号をお知らせください。