

大型遠心分離機

機種名

ベックマン・コールター(株)

型式 Avanti HP-26 XP 2台

機器番号：0604-00(遺伝子実験室)

機器番号：0605-00(細胞実験室)



用途概要

大容量の遠心分離機です。

主な仕様

- 速度設定範囲 : 100~26,000rpm
- 時間設定範囲 : 180分まで、または連続(HOLD)
- 温度設定範囲 : -10~+40°Cまで (1°Cごと)
- ロータ : JS-5.3
JA-12
JA-17
JLA-10.500 ※

持込品、注意点等

・「細胞実験室」内には大腸菌等の持ち込みはできません。

※**ローター JLA-10.500用 遠沈管**を共用品として設置しております。

- ・使用される場合は、専用の利用簿へ記載をしてください。
- ・使用後は洗浄し(必要があれば滅菌して)、元に戻してください。
- ・長期間占有される実験を予定されている場合は、実験者の方で遠沈管の準備・持込をお願いします。

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までにお願いします。

※利用申請の際は機器番号をお知らせください。