

微量サンプル計測設備

機種名

株式会社エル・エム・エス
型式 ND2000
機器番号：0608-00



用途概要

微量(0.5 μ L)サンプルの計測が可能な分光光度計です。

主な仕様

- 波長範囲 : 190-840nm
- 測定時間 : 5秒未満
- 15,000ng/ μ L(dsDNA換算)までの高濃度測定が希釈なしで可能。

持込品、注意点等

データを保存される場合、USBメモリ等をお持ちください。
(実験室内設置のPCにてウイルスチェック後にご使用ください。)

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までにお願います。
※利用申請の際は機器番号をお知らせください。