

## 遺伝子導入装置

### 機種名

バイオ・ラッド・ラボラトリーズ株式会社  
型 式 Gene Pulser Xcell 165-2660JI  
機器番号:0405-00



### 用途概要

哺乳動物細胞や菌類などの真核生物細胞だけでなく細菌のような原核生物細胞も対象とした遺伝子導入装置です。

### 主な仕様

	低電圧回路 (CE module)	高電圧回路 (PC module)
設定電圧(V)	10～500(2刻み)	200～300(10刻み)
コンデンサ容量( $\mu$ F)	25～3275(25刻み)	10、25、50
設定抵抗値( $\Omega$ )	なし	50～1000(50刻み)

### 持込品、注意点等

※ご使用の際には「電極キュベット」をご持参ください。

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までにお願ひします。  
※利用申請の際は機器番号をお知らせください。