遺伝子抽出装置

機種名

倉敷紡績株式会社
型　　式　PI−80X
機器番号：0406－00

用途概要

従来の煩雑なプラスミド抽出を自動で処理します。

主な仕様

	プラスミド抽出
分離方法	改変アルカリ法
処理容量	0.5～3.0ml
収　　量	約8μg/1.5ml (E.coli　JM109/pUC18)
純　　度	OD260/280　1.7～1.9
処理時間	約3.0時間(48サンプル)

※運転条件やサンプル数等により異なります。

持込品、注意点等

装置に必要な試薬は施設で準備しております。
「要冷蔵」保管の試薬をご使用前にセットしてください。

【持込品】
・ご使用の際には、専用8連チューブをご持参ください。
・既存のパラメーターファイル（抽出条件）の変更はしないでください。

ご利用申し込み　：　利用の2営業日前までにお願いします。
※利用申請の際は機器番号をお知らせください。