超音波サンプル粉砕器(細胞破砕装置)

機種名

コスモ・バイオ株式会社
型式　UCD-250
機器番号：0610-02



用途概要

生物細胞破壊／拡散処理・乳化処理・反応促進・分散処理・上質な混合・脱泡など、広範囲の試料処理ができます。

主な仕様

●超音波出力　：　160,200,250W切り替え式
●ランタイマー　：　最大99分59秒
●インターバルタイマー（ON・OFF）　：　最大99.99秒
●同時処理本数　：　12本（0.5mlチューブ）
又は6本（1.5,10,15mlチューブ）
又は3本（50mlチューブ）

持込品、注意点等

破砕ユニット（水槽）の内側にある水位レベルまで水と砕いた氷を入れ、運転してください。終了後は排液し、拭きあげてください。
※空運転は絶対にしないこと。
※氷のみの層にならないように水面が見えるようにすること。

ご利用申し込み　：　利用の2営業日前までにお願いします。
※利用申請の際は機器番号をお知らせください。