

CO₂インキュベーター

機種名

ヤマト科学(株)

型式 IP600 5台

機器番号: 1018-01、1018-02、1018-03
1025-01、1025-02



用途概要

庫内の温度とCO₂(炭酸ガス)濃度を制御して、細胞培養に最適な環境(主に37℃、CO₂:5%)を設定できる恒温培養器です。

主な仕様

使用温度範囲 : 室温+5~50℃

IP600 : CO₂培養と乾熱滅菌が1台で同時可能なCO₂インキュベーター。

持込品、注意点等

《留意事項》

当施設では、CO₂インキュベーターの維持管理として月に1回程度水受けの滅菌水の交換をさせていただきます。(必要に応じて:加湿バットへの滅菌蒸留水の補充を実施)
(※実施の有無は利用者の要望を優先させていただきます。)

※2階開放実験室内で他のCO₂インキュベーターをご利用中の方は利用(予約)ができません。
空き状況によって対応可能な場合がありますので、まずは推進室へご相談ください。

ご利用申し込み : 利用の2営業日前までをお願いします。
※まずは問い合わせください。